



Łódź, dn. 13.10.2011 r.

**Do wszystkich zainteresowanych,**

**Dotyczy: Postępowania ZP/71/2011 – na dostawę odczynników laboratoryjnych w postaci testów i krążków do wykrywania antygenów i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów dla Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Samodzielnej Pracowni Zakażeń Szpitalnych Instytutu „CZMP”.**

**Szanowni Państwo,**

**Pytanie nr 1: Pakiet 1 pozycje 9-32**

Jako producent asortymentu wymienionego w pozycjach 9-32, informujemy, że dla tego asortymentu nie ma obowiązku odbioru odpadu. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że pkt. 15 w formularzu oferty (zobowiązanie do każdorazowego potwierdzenia odbioru odpadu) obowiązuje tylko dla asortymentu, dla którego istnieje obowiązek odbioru odpadu.

**Odpowiedź:** Zamawiający przychyli się do prośby i załącza zmieniony Formularz Oferty.

**Pytanie nr 2: Pakiet 1 pozycja 9-31 – załącznik nr 3a**

Jako producent asortymentu wymienionego w pozycjach 9-31, informujemy, że dla tego asortyment do opakowania dołączana jest tylko instrukcja obsługi. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, że w załączniku nr 3a w tabeli w wierszu 3 „inne materiały niezbędne do wykonania testów w cenie oferty” ma na myśli instrukcje obsługi lub doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli.

**Odpowiedź:** Zamawiający ma na myśli instrukcję obsługi oraz płytki, bagietki i inne niezbędne akcesoria zużywalne niezbędne do wykonania testów lateksowych, wynikających z zamówionej objętości.

**Pytanie nr 3: Pakiet 1 pozycje: 12,18,25,32**

Czy Zamawiający dopuści zamiast wyceny pojedynczych odczynników wycenę zestawu o niższym składzie. Ilość zestawów: 20. W zestawie oprócz odczynników znajdują się dodatkowo płytki i bagietki do oznaczeń, które nie są dodawane do pojedynczych odczynników.

Zestaw

Skład:

1. Odczynnik poliwalentny A- 2 butelki po 2 ml z zakraplaczem
2. Odczynnik poliwalentny B – 2 butelki po 2 ml z zakraplaczem
3. Odczynnik poliwalentny C - 2 butelki po 2 ml z zakraplaczem
4. Lateks kontrolny - 1 butelka po 2 ml z zakraplaczem
5. Płytki do oznaczeń - 40 sztuk
6. Bagietki - 400 sztuk
7. Ulotka informacyjna - 1 sztuka

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Patrz odpowiedź do pytania nr 2.

**Pytanie nr 4: Dotyczy SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści termin płatności wynoszący 30 dni od daty otrzymania faktury?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5: Dotyczy pakiet nr 2:**

Producenci testów MIC stosują zróżnicowane materiały nośne do nałożenia, w postaci ciągłego gradientu stężeń, antybiotyku. Rodzaj materiału nośnego nie ma żadnego znaczenia i wpływu na proces wykonania badania czy jego wynik. Jest to wyłącznie związane z techniką produkcji. Materiałem nośnym mogą być różne postacie celulozy, polietylenu, polichlorku winylu itp. Określenie plastik nie jest zatem jednoznaczne. Użycie takiego określenia w przedstawionej dokumentacji przetargowej może ograniczyć liczbę składanych ofert i znacząco zwiększyć cenę testu.

Czy dla Zamawiającego jako wykonawcy badania diagnostycznego ma zatem znaczenie rodzaju materiału nośnego testu? Jeżeli tak, prosimy o profesjonalne zdefiniowanie rodzaju materiału nośnego i jego parametrów.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Określenie „nośnik plastikowy” jest ogólnie przyjętą nazwą funkcjonującą na rynku mikrobiologicznym, dlatego Zamawiający ma prawo taką właśnie nazwę pasków do oznaczania MIC posługiwać się. Paski plastikowe charakteryzują się trwałością, stabilnością, są niehigroskopijne, co warunkuje doskonałą jakość oznaczeń. Ma to szczególne znaczenie w przypadku oznaczania lekowrażliwości wieloopornych szczepów bakteryjnych stanowiących znaczący problem w każdym szpitalu.

**Pytanie 6: Dotyczy pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 10 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 10 szt. Zamawiający załącza zmieniony Załącznik nr 3b do SIWZ – Zestawienie Parametrów wymaganych nr 2 dla Pakietu nr 2.

**Pytanie 7: Dotyczy pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2, 8, 9 testów o zakresie stężeń 0,016-256?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2, 8, 9 testów o zakresie stężeń 0,016-256. Zamawiający załącza zmieniony Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz Cenowy nr 2 dla Pakietu nr 2.

**Pytanie 8: Dotyczy pakiet nr 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 testów o zakresie stężeń 0,25-16 / 0,016-1?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 10 testów o zakresie stężeń 0,25-16 / 0,016-1. Zamawiający załącza zmieniony Załącznik nr 2b do SIWZ – Formularz Cenowy nr 2 dla Pakietu nr 2.

**W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający załącza zmienione: Formularz Oferty, Formularz Cenowy nr 2 dla Pakietu nr 2, Zestawienie Parametrów wymaganych nr 2 dla Pakietu nr 2.**

**Ostateczny termin składania i otwarcia Ofert nie ulega zmianie.**

Z upoważnienia Dyrektora ICZMP  
KIEROWNIK  
SAMODZIELNEJ SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"  
*M. Winsche*  
mgr Monika Winsche