



Łódź, dn. 21.02.2014 r.

## Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/30/2014 na dostawę optyk skośnych, aparatu do pomiaru i analizy pH i impedencji, ciepłego gniazdka z materacem wodnym dla Instytutu „CZMP”.

### Szanowni Państwo!

W związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie:** Pakiet 1

Czy zamawiającemu chodzi o „nasadkę” - redukcję z średnicy 11mm na 5mm kompatybilną z trokarem firmy STORZ taką jak pokazana poniżej?



Przedstawione rozwiązanie jest kompatybilne z wszystkimi rodzajami trokarów firmy STORZ

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie proponowanej "nasadki" redukującej z średnicy 11 mm na 5 mm pod warunkiem kompatybilności z trokarzami firmy STORZ. "Nasadka" musi zapewniać szczelność trokaru, nie może wysuwać się z trokaru przy manipulowaniu narzędziami laparoskopowymi.

Z upoważnienia Dyrektora ICZMP  
KIEROWNIK  
SAMODZIELNEJ SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"  
*M. Winsche*  
mgr Monika Winsche