



Łódź, dn. 13.04.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP/25/2017 na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji dla Instytutu „CZMP”

Szanowni Państwo!

W związku z pytaniem dotyczącym przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie: Pakiet 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka w określeniu kwalifikacji wymaganego w Pakiecie 10 poz. 2 preparatu do mycia i dezynfekcji przeznaczonego do przepłukiwania urządzeń do odsysania, czyli przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni. Stąd też opisany preparat winien być kwalifikowany jest jako **wyrób medyczny klasy IIa**, a nie jak podano w zapisie wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że preparat, o którym mowa w Pakiecie 10 pozycji 2 winien być kwalifikowany jest jako wyrób medyczny klasy IIa, w niniejszym zakresie zamawiający zmienia Załącznik Nr 2 do SIWZ tj. Formularz cenowy.

Termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 05.05.2017r. nie ulega zmianie

Integralnymi załącznikami do niniejszych odpowiedzi są:
Zmieniony Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
Informacja o zmianie ogłoszenia

Wersja elektroniczna dokumentu.

Dokument podpisany w oryginale przez Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy mgr Małgorzatę Kołtuniak z upoważnienia Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha