

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zmieniony

Paski do oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów na okres 24 miesięcy

I. Zestawienie parametrów wymaganych dot. glukometrów:

1. Duży, elektroniczny wyświetlacz.
2. Samoczynne wyłączenie aparatu.
3. Pomiar metodą elektrochemiczną z wykorzystaniem wariantu dehydrogenazy glukozy z mutacją chinoproteiny - GDH-PQQ.
4. Oznaczenie z krwi kapilarnej, tętniczej, żyłnej i noworodkowej.
5. Do stosowania u pacjentów dializowanych.
6. Stabilność testu paskowego po otwarciu od otworzenia do daty ważności podanej na opakowaniu.
7. **Zakres hematokrytu od min. 10 do 70%.**
8. Glukometr musi spełniać warunki normy ISO 15197:2015.
9. Krótki czas pomiaru - max. 6 s.
10. Zakres pomiaru min. 10-600 mg/dl.
11. Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 ul.
12. Możliwość przeprowadzenia testu kontrolnego - płyny kontrolne uwzględnione w cenie oferty.
13. Możliwość współpracy z komputerem.
14. Instrukcja w języku polskim.
15. Glukometr fabrycznie nowy rok produkcji min. 2018.