

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

---

**Paski do oznaczania stężenia glukozy we krwi wraz z użyczeniem glukometrów na okres 24 miesięcy**

### **I. Zestawienie parametrów wymaganych dot. glukometrów:**

- 1. Duży, elektroniczny wyświetlacz.**
- 2. Samoczynne wyłączenie aparatu.**
- 3. Pomiar metodą elektrochemiczną z wykorzystaniem wariantu dehydrogenazy glukozy z mutacją chinoproteiny - GDH-PQQ.**
- 4. Oznaczenie z krwi kapilarnej, tętniczej, żyłnej i noworodkowej.**
- 5. Do stosowania u pacjentów dializowanych.**
- 6. Stabilność testu paskowego po otwarciu od otworzenia do daty ważności podanej na opakowaniu.**
- 7. Zakres hematokrytu od min. 10 do 65%.**
- 8. Glukometr musi spełniać warunki normy ISO 15197:2015.**
- 9. Krótki czas pomiaru - max. 6 s.**
- 10. Zakres pomiaru min. 10-600 mg/dl.**
- 11. Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 ul.**
- 12. Możliwość przeprowadzenia testu kontrolnego - płyny kontrolne uwzględnione w cenie oferty.**
- 13. Możliwość współpracy z komputerem.**
- 14. Instrukcja w języku polskim.**
- 15. Glukometr fabrycznie nowy rok produkcji min. 2018.**